



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Service rapport

Udstedt 10-05-2021

Kunde : PN Engineering ApS

Type : ppBRAE 3000

Serienummer : 594-911555

FW version : 2.22A

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

PID modul skiftet. Instrumentet er kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)	PID module ny S/N:	
	:		S023030033R4	

		STEL	TWA	LAV	HØJ
Alarmgrænser	: Isobutene ppm	25	10	1	5
	:				
	:				
	:				

Kalibreringsgas	:	ISO	10 ppm	Certifikat:	2937416
-----------------	---	-----	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 10-05-2021

Næste kalibrering : 10-05-2022

Godkendt af : Tekniker

Bo Storm Ottosen

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte